

Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Katowicach
40-589 Katowice, ul. Żelazna 38

WAT. 272.3.1.2019

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy 1 szt. mobilnego laboratorium antysmogowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach - nr postępowania: WAT.272.3.1.2019

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na wniesione w dniu 12 marca 2019 r. pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający – przekazuje niniejszą odpowiedź:

Pytanie nr 1:

„Dot. Tabela J, Specjalistyczne wyposażenie kontrolne. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego posiadania przez dymomierz certyfikatu MID. Zgodnie z przepisami UE urządzenia służące do pomiaru zadymienia nie wymagają certyfikacji MID.”

Odpowiedź:

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia brzmienie:

- 1) opisu dodatkowych wymagań dla dymomierza diagnostycznego opisanego w pkt. 6 tabeli G załącznika nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w skrócie siwz) poprzez usunięcie wymogu dotyczącego zgodności urządzenia z europejską dyrektywą MID ISO 3930;
- 2) opisu dodatkowych wymagań dla dymomierza diagnostycznego zawartego w pkt. 7 w tabeli J załącznika nr 4 do siwz oraz oferowanego przez wykonawcę poprzez usunięcie wymogu dotyczącego zgodności urządzenia z europejską dyrektywą MID ISO 3930;

Pytanie nr 2:

„Dot. Tabela J, Specjalistyczne wyposażenie kontrolne.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd wyposażony w dymomierz z 12-miesięczną gwarancją producenta ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposażonego w dymomierz z minimalną 12 miesięczną gwarancją producenta.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia brzmienie:

1) w ppkt. 2.3. rozdziału 28 druku siwz na:

„Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na elementy wyposażenia technicznego oraz na specjalistyczne wyposażenie kontrolne zainstalowane w samochodzie wynosił 24 miesiące, z wyjątkiem dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz dla którego okres gwarancji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,”;

2) opisu wymagań dotyczących okresu gwarancji dla dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G, załącznika nr 1 do siwz na:

„Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.”;

3) opisu wymagań dotyczących okresu gwarancji dla dymomierza diagnostycznego zawartego w tabeli J, załącznika nr 4 do siwz na:

„Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.”

Zmieniona siwz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego
Rafał Kasprzyk

Do wiadomości:

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu poprzez ogłoszenie na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Technicznego

Andrzej JAWORSKI